NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ŠIAME PAKUOTĖS LAPELYJE YRA SVARBIOS SU GAMINIO NAUDOJIMU IR SAUGUMU SUSIJUSIOS INFORMACIJOS. PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI LAPELĮ IR JĮ PASILIKTI ATEIČIAI. KONTAKTINIUS LĘŠIUS VISADA TURI PARINKTI AKIŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS. LABAI SVARBU, KAD VYKDYTUMĖTE SAVO AKIŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTO NURODYMUS IR VISAS PATEIKIAMAS TINKAMO KONTAKTINIŲ LĘŠIŲ NEŠIOJIMO INSTRUKCIJAS.

GAMINIO IDENTIFIKAVIMAS (pavadinimas)

- Sferiniai kontaktiniai lęšiai
  - DAILIES TOTAL1™ (delefilkono A) vienadieniai kontaktiniai lęšiai
    Vienadieniai deguoniui pralaidūs† minkštieji kontaktiniai lęšiai
    deguoniui pralaidūs kontaktiniai lęšiai†
    † O_2 labai pralaidūs lęšiai, Dk=140
- Multifokaliniai kontaktiniai lęšiai
  - DAILIES TOTAL1™ multifokaliniai (delefilkono A) vienadieniai minkštieji kontaktiniai lęšiai
    Vienadieniai deguoniui pralaidūs† minkštieji kontaktiniai lęšiai
    deguoniui pralaidūs kontaktiniai lęšiai†
    † O_2 labai pralaidūs lęšiai, Dk=140

GAMINIO APRAŠYMAS

Lęšių sudėtyje yra maždaug 33% vandens ir 67% delefilkono A, t. y. hidrogelio, kuriame yra silikono ir į kurį įdėta fosfatidilcholino. Lęšių sudėtyje yra dažiklio vario ftalocianino, kad lęšis nuo krašto iki krašto būtų šviesiai melsvas (su atspalviu) ir jį būtų lengviau pamatyti įsidėjimo metu. Lęšio viduje esanti medžiaga, kurioje yra 33% vandens, pereina per vandens gradientą į paviršinį hidrogelio sluoksnį, kuriame yra daugiau kaip 80% vandens.

TECHNINĖS POVEIKIO CHARAKTERISTIKOS

Lęšių savybės

• Refrakcijos indeksas (po hidratacijos):	1,42
• Laidumas šviesai:	≥ 93% (@ 610 nm, -1,00 D)
• Laidumas deguoniui (Dk):	140 x 10^{-11} (cm^2/s) (ml O_2 /ml x mm Hg), išmatuotas esant 35 °C temperatūrai (vidinis Dk-kulonometrijos metodas)
• Vandens kiekis:	33% pagal svorį fiziologiniame tirpale
• Vandens kiekis paviršiuje:	≥ 80%

Galimi lęšių parametrai

Visas skersmuo: 14,1 mm
Centrinės dalies storis: 0,09 mm @ -3,00 D (skiriasi priklausomai nuo stiprumo)
Bazinė kreivė ir stiprumas:

- Sferiniai lęšiai:
  - Bazinė kreivė: 8,5 mm
    - Minusinis stiprumas: nuo -0,50 D iki -6,00 D (kas 0,25 D)
      nuo -6,50 D iki -12,00 D (kas 0,50 D)
    - Pliusinis stiprumas: nuo +0,50 D iki +6,00 D (kas 0,25 D)
  - Bazinė kreivė: 8,8 mm
    - Minusinis stiprumas: nuo -0,50 D iki -6,00 D (kas 0,25 D)
      nuo -6,50 D iki -12,00 D (kas 0,50 D)
- Multifokaliniai lęšiai:
  - Bazinė kreivė: 8,5 mm
    - Nulinis
    - Minusinis stiprumas: nuo -0,25 D iki -10,00 D (kas 0,25 D)
    - Pliusinis stiprumas: nuo +0,25 D iki +6,00 D (kas 0,25 D)
    - ADD: LO, MED, HI

POVEIKIS (veikimo mechanizmas)

Hidratuoti ir ant ragenos uždėti delefilkono A kontaktiniai lęšiai su vandens gradientu veikia kaip refrakcinė terpė ir sutelkia šviesos spindulius į tinklainę.

Delefilkono A kontaktiniai lęšiai su vandens gradientu kontaktinius lęšius nešiojantiems asmenims, kuriems pasireiškia su sausumu lęšių nešiojimo laikotarpiu susijęs diskomfortas, palengvina sausumo simptomus ir pailgina komfortiško nešiojimo laiką.

NUMATYTAS TIKSLAS/NAUDOJIMAS

Delefilkono A minkštieji kontaktiniai lęšiai su vandens gradientu (sferiniai ir multifokaliniai) yra skirti nešioti ant akių asmenims, kurių akys yra sveikos ir kuriems reikia koreguoti regą (tai nustato ir lęšius parenka akių priežiūros specialistas).

<u>Numatytasis naudojimas pagal lęšių savybes (modelį)</u>

Lęšio savybės (modelis)	Numatytas naudojimas (ant akių)
Sferiniai	Refrakcinės ametropijos (miopijos ir hiperopijos) optinė korekcija
Multifokaliniai	Presbiopijos su refrakcine ametropija (miopija ir hiperopija) arba be jos optinė korekcija

TIKSLINĖS PACIENTŲ GRUPĖS

Numatyti pacientai, kurie nešios delefilkono A vienadienius minkštuosius kontaktinius lęšius (sferinius ir multifokalinius), yra akių ligomis nesergantys asmenys, kuriems reikia koreguoti regą dėl refrakcinės ametropijos (miopijos ir hiperopijos), kuriems ši priemonė yra tinkamai pritaikoma ir kurie geba suprasti ir vykdyti naudojimo instrukcijas, susijusias su lęšių nešiojimu, priežiūra ir saugumu (arba turi, galintį padėti globėją). Kontaktinius lęšius paprastai nešioja suaugusieji ir paaugliai. Vaikai kontaktinius lęšius turi nešioti prižiūrint kvalifikuotam akių priežiūros specialistui ir tėvams.

KLINIKINĖ NAUDA

Delefilkono A vienadieniai minkštieji kontaktiniai lęšiai yra skirti nešioti ant akių miopijos, hiperopijos ir presbiopijos optinei korekcijai (tai nustato ir lęšius parenka akių priežiūros specialistas).

Kontaktiniai lęšiai su korekciniu stiprumu funkciniu požiūriu yra pranašesni už akinius, nes pagerina periferinę (šoninę) regą ir sumažina vaizdo dydžio skirtumus, atsirandančius, kai lęšių stiprumai akyse skiriasi.

INDIKACIJOS (NAUDOJIMAS)

DAILIES TOTAL1™ (delefilkono A) sferiniai minkštieji kontaktiniai lęšiai yra skirti refrakcinės ametropijos (miopijos ir hiperopijos) optinei korekcijai pacientams, kurių akyje lęšiukas yra arba jo nėra ir kurie neserga kitomis akių ligomis, jei yra astigmatizmas iki maždaug 1,50 dioptrijos (D) ir jis neblogina regėjimo aštrumo.

DAILIES TOTAL1™ multifokaliniai (delefilkono A) minkštieji kontaktiniai lęšiai yra skirti presbiopijos su refrakcine ametropija (miopija ir hiperopija) arba be jos optinei korekcijai pacientams, kurių akyje yra lęšiukas yra arba jo nėra ir kurie neserga kitomis akių ligomis, jei skaitant regėjimą reikia sustiprinti +3,00 dioptrijomis (D) ar mažiau bei yra maždaug iki 1,50 dioptrijos (D) astigmatizmas ir jis neblogina regėjimo aštrumo.

Lęšiai yra skirti naudoti vieną kartą, jie įsidedami vienkartinai ir nešiojami tik vieną dieną (ne ilgiau kaip 24 valandas, tuo metu nemiegant).

KONTRAINDIKACIJOS (būklės, kada lęšių naudoti negalima)

Kontaktinių lęšių nereikėtų nešioti esant tam tikroms sveikatos ar aplinkos būklėms. Toliau išvardytos būklės, kai kontaktinių lęšių nešioti negalima arba yra nesaugu.

- Akyse, aplink akis, vokų srityje ar aplink juos yra alergija, uždegimas, infekcija ar dirginimas.
- Ašarų išsiskiria nepakankamai (yra akies sausumas).
- Yra ragenos hipoestezija (sumažėjęs ragenos jautrumas).
- Vartojama bet kokių vaistų (įskaitant vartojamus į akis), kurių negalima vartoti nešiojant kontaktinius lęšius ar kurie trukdo juos nešioti.
- Yra bet kokia sisteminė liga, kuri dėl kontaktinių lęšių nešiojimo gali paūmėti ar trukdo juos nešioti.
- Atsiranda akių paraudimas ar dirginimas.

Esant paminėtoms ar kitoms aplinkybėms pasitarkite su savo akių priežiūros specialistu.

ĮSPĖJIMAI

- Dieniniai kontaktiniai lęšiai neskirti nešioti naktį. Delefilkono A minkštųjų kontaktinių lęšių negalima būti įsidėjus miegant.
- Greitai gali atsirasti apakimą sukelti galinčių sunkių akių sutrikimų, įskaitant ragenos opas (opinį keratitą).
- Kontaktinių lęšių nešiojimas didina akių infekcijos atsiradimo riziką. Miegojimas įsidėjus lęšius ir (arba) rūkymas dar labiau padidina opinio keratito atsiradimo riziką kontaktinius lęšius nešiojantiems žmonėms (Schein, 1989; Cutter, 1996).
- Pacientas turi žinoti, kad tuo atveju, jei pasireiškia akių diskomfortas, svetimkūnio pojūtis, stiprus ašarojimas, regos pokyčių, akies paraudimas arba kitokių akių problemų, būtina nedelsiant išsiimti lęšius ir kuo skubiau kreiptis į savo akių priežiūros specialistą.
- Su kontaktiniais lęšiais ar jų priežiūros priemonėmis susijusios problemos gali sukelti sunkių akies pažeidimų. Svarbu vykdyti savo akių priežiūros specialisto nurodymus ir visas pateikiamas kontaktinių lęšių ir jų priežiūros produktų tinkamo naudojimo instrukcijas.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Specifinės atsargumo priemonės, skirtos akių priežiūros specialistui

- Parinkdamas tinkamų savybių ir parametrų kontaktinius lęšius, akių priežiūros specialistas turi atsižvelgti į visas lęšių savybes, galinčias turėti įtakos lęšio funkcijai ir akių būklei, įskaitant laidumą deguoniui, centrinį ir periferinį storį bei optinės zonos skersmenį.
- Pritaikymui ir diagnostikai skirti bandomieji lęšiai po vieno panaudojimo turi būti išmesti ir negali būti kartotinai naudojami kitam pacientui.
- Paciento akių būklę ir lęšių funkciją juos skiriantis akių priežiūros specialistas turi atidžiai įvertinti pirmojo lęšių išdavimo metu bei nuolat stebėti vėliau.
- Fluoresceino (geltono dažo) negalima lašinti į akį, kurioje yra įdėtas lęšis. Lęšiai šį dažą absorbuoja ir pakeičia spalvą.
- Pacientai, kurie kontaktinius lęšius nešioja presbiopijai koreguoti, gali nepasiekti geriausio koreguoto regos į tolį ar iš arti aštrumo. Su rega susiję reikalavimai yra individualūs ir į juos būtina atsižvelgti parenkant tinkamiausią lęšių rūšį kiekvienam pacientui.
- Cukriniu diabetu sergančių pacientų ragenos jautrumas gali būti sumažėjęs, todėl, palyginti su cukriniu diabetu nesergančiais žmonėmis, jiems padidėja ragenos pažeidimo rizika ir ji gyja ne taip greitai ar visiškai.
- Nėštumo ar geriamųjų kontraceptikų vartojimo laikotarpiu gali pakisti rega ar lęšių toleravimas. Apie tai būtina tinkamai įspėti pacientes.
- Akių priežiūros specialistai turi nurodyti pacientams nedelsiant išsiimti lęšį, jei akis tampa paraudusi ar sudirgusi.
- Prieš išvykdamas iš akių priežiūros specialisto kabineto pacientas turi mokėti greitai išsiimti lęšius arba šalia jo turi būti kitas asmuo, galintis išimti lęšius.

- Būtina atlikinėti įprastinius akių tyrimus, kad būtų užtikrinta, jog paciento akys išlieka sveikos. Alcon rekomenduoja pacientams pas savo akių priežiūros specialistą lankytis kartą per metus ar dažniau, jei taip nurodo akių priežiūros specialistas.

Atsargumo priemonės, susijusios su lęšių naudojimu ir nešiojimu

- Akis būtina kasdien įvertinti, ar jos atrodo gerai, nėra diskomforto ir ar matomas vaizdas yra aiškus.
- Lęšių negalima naudoti, jei lizdinė pakuotė yra pažeista ar nesandari. Tai gali lemti lęšio užteršimą ir sunkią akių infekciją.
- Jei lizdinė folijos plokštelė netyčia atidaroma prieš numatytą lęšio įsidėjimą, lęšį reikia išmesti, nes tai gali lemti lęšio užteršimą ir sunkią akių infekciją.
- Siekiant palaikyti Jūsų akių sveikatą ir saugumą, būtina laikytis Jūsų akių priežiūros specialisto nustatyto lęšių nešiojimo grafiko.
- Šie lęšiai nėra skirti valyti ar dezinfekuoti, po vieno panaudojimo juos būtina išmesti. Kartotinis naudojimas gali didinti infekcijos bei nusidėvėjimo sukelto lęšio funkcijos sutrikimo riziką.
- Lęšių negalima duoti kitiems žmonėms, nes tokiu būdu gali būti perduodami mikroorganizmai, galintys sukelti sunkių akių sutrikimų.
- Niekada neleiskite, kad su lęšiais liestūsi nesterilūs skysčiais (įskaitant vandentiekio vandenį ir seiles), nes gali pasireikšti mikrobinis užteršimas, galintis sukelti neišnykstantį akių pažeidimą.
- Prieš naudodami lęšius sportuodami (įskaitant plaukimą ir su vandeniu susijusią veiklą), pasitarkite su akių priežiūros specialistu. Tokios veiklos kaip plaukimas, čiuožimas vandens slidėmis ar buvimas sūkurinėje vonioje, metu kontaktas su vandeniu (ar kitais nesteriliais skysčiais) įsidėjus kontaktinius lęšius gali didinti akių infekcijos (įskaitant *Acanthamoeba* keratitą, tačiau ne vien jį) pasireiškimo riziką.
- Jei patekote į žalingų ar dirginančių garų aplinką, lęšius išsiimkite ir išmeskite.
- Jei kontaktiniai lęšiai išsausėjo ar tapo pažeisti, juos išmeskite. Naudokite naujus lęšius.
- Kontaktinius lęšius nešiojantiems žmonėms rekomenduojama mažiausiai kartą per metus (arba kaip nurodyta) lankytis pas akių priežiūros specialistą.
- Savo darbdaviui pasakykite, kad nešiojate kontaktinius lęšius, ypač jei darbas yra susijęs su akis apsaugančios įrangos naudojimu.
- Pasižymėkite tinkamą kiekvienai akiai skirtų lęšių stiprumą. Prieš lęšio įdėjimą patikrinkite, ar kiekvienoje folijos pakuotėje esančių lęšių stiprumas yra tinkamas tai akiai.
- Nekeiskite lęšių tipo ar parametrų nepasitarę su akių priežiūros specialistu.
- Jei lęšių ilgai nenešiojote, prieš jų nešiojimo atnaujinimą pasitarkite su akių priežiūros specialistu.
- Atsargiai naudokite muilą, losjonus, kremus, kosmetiką ar dezodorantus, nes jų kontakto su lęšiais atveju gali pasireikšti akių dirginimas.
- Kontaktinius lęšius įsidėkite prieš naudodami veido kosmetiką ir išsiimkite prieš makiažo nuvalymą.
- Visada turėkite atsarginių lęšių arba akinius.
- Pasibaigus tinkamumo laikui, lęšių nešioti negalima.

NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS (galimos problemos ir kaip elgtis jų atveju)

Nešiojant kontaktinius lęšius gali atsirasti problemų, kurios iš pradžių gali pasireikšti vienu ar daugiau toliau išvardytų požymių ir simptomų.

- Svetimkūnio pojūtis akyje
- Nepatogumo pojūtis nešiojant lęšius
- Akies paraudimas
- Jautrumas šviesai (fotofobija)
- Akių deginimas, gėlimas, niežulys ar ašarojimas
- Sumažėjęs regėjimo aštrumas
- Aplink šviesos šaltinį matoma vaivorykštė ar ratilai
- Padidėjęs akių išskyrų kiekis
- Nemalonus pojūtis ar skausmas
- Sunkus ar nuolatinis akių sausumas

Jei į šiuos simptomus nekreipiama dėmesio, gali atsirasti sunkesnių komplikacijų.

KĄ DARYTI, JEI KYLA PROBLEMŲ

Jei atsiranda bet kuris iš paminėtų požymių ar simptomų, nedelsdami išsiimkite lęšį (-ius).

- Apžiūrėkite pažeistą (-as) akį (-is) veidrodyje, ar nėra nejprastų požymių.
  - Jei diskomfortas ar problema išnyksta, įsidėkite naujus, švarius lęšius.
  - Jei diskomfortas ar problema neišnyksta ar įsidėjus naują (-us) lęšį (-ius) atsinaujina, išsiimkite lęšį (-ius), ir nedelsdami kreipkitės į savo akių priežiūros specialistą.

Gali būti pasireiškusi sunki būklė, pvz., infekcija, ragenos išopėjimas (opinis keratitas) ar iritas. Šios būklės gali greitai progresuoti ir sukelti negrįžtamą apakimą. Jei atsiranda lengvesnių reakcijų, tokių kaip įbrėžimai, epitelio dėmės ar bakterinis konjunktyvitas, jas reikia tinkamai kontroliuoti ir gydyti, siekiant išvengti komplikacijų.

- Kartais atsirandantį sausumą galima palengvinti kelis kartus sumirksint arba naudojant kontaktinius lęšius drėkinančius lašus, patvirtintus naudoti su minkštaisiais kontaktiniais lęšiais. Jei sausumas išlieka, kreipkitės į savo akių priežiūros specialistą.
- Jei lęšiai prilimpa (nebejuda), įlašinkite kelis lašus kontaktinius lęšius drėkinančio tirpalo ir palaukite, kol lęšiai pradės laisvai judėti akyje. Jei problema išlieka, kreipkitės į savo akių priežiūros specialistą.
- Jei lęšis pasislenka nuo akies centro, jį galima grąžinti į centrą:
  - užsimerkiant ir lęšį stumiant į vietą švelniais judesiais masažuojant vokus;
  - žiūrint lęšių kryptimi ir atsargiai mirksint;
  - švelniai stumiant nuo centro pasislinkusį lęšį ant ragenos, nestipriai pirštu spaudžiant apatinio ar viršutinio voko kraštą.
- Jei akyje esantis lęšis suplyšta, jo dalis rūpestingai išimkite jas suimdami taip, kaip ir įprastai išimdami lęšį. Jei lęšio dalys lengvai neišsiima, akies audinių suimti negalima. Praplaukite steriliu fiziologiniu tirpalu ir vėl bandykite išimti lęšio dalis. Jei tai nepadeda, kreipkitės pagalbos į savo akių priežiūros specialistą.

Bendroji informacija skubiems atvejams:

Jei ant akių patenka bet kokių chemikalų (buitinės chemijos produktų, sodui skirtų tirpalų, laboratorinių chemikalų ir kt.):

- akis reikia nedelsiant praplauti fiziologiniu tirpalu arba vandentiekio vandeniu;
- būtina išimti ir išmesti kontaktinius lęšius bei nedelsiant kreiptis į savo akių priežiūros specialistą arba ligoninės skubios pagalbos skyrių.

PRANEŠIMAS APIE SUNKIUS INCIDENTUS

Apie bet kokį sunkų su šių medicinos priemonių naudojimu susijusį incidentą reikia pranešti Alcon Laboratories Inc.:

ES - kreipkitės į vietinę šalies atstovybę ar Alcon platintoją

El. paštas: qa.complaints@alcon.com

Tinklalapis: https://www.alcon.com/about-us/contact-us

Be to, apie sunkius incidentus būtina pranešti valstybės narės kompetentingai institucijai, atsakingai už medicinos priemones.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Kiekvieną dieną būtina ryte įsidėti naują lęšių porą ir dienos pabaigoje juos išmesti.

LĘŠIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Prieš ką nors darydami su kontaktiniais lęšiais, visada gerai nusiplaukite, nuskalaukite ir švariu rankšluosčiu be plaušelių nusausinkite rankas.
- Prieš atidarydami lizdinę pakuotę, švelniai ją pakratykite.
- Iš lizdinės pakuotės lęšį išimkite jį atsargiai išversdami ant delno.
- Patikrinkite, ar lęšis yra taisyklingai įgaubtas ir ar kiekvienai akiai turite tinkamą lęšį.
- Prieš įsidėdami lęšį jį apžiūrėkite.
- Pažeistų ar nešvarių lęšių įsidėti negalima.

LĘŠIŲ ĮSIDĖJIMO INSTRUKCIJOS

- Prieš lęšių įsidėjimą gerai nusiplaukite ir nuskalaukite rankas bei jas visiškai nusausinkite švariu rankšluosčiu be plaušelių.
- Lęšį uždėkite ant švaraus ir sauso dešinės ar kairės rankos smiliaus galiuko. Tos pačios rankos didįjį pirštą pridėkite šalia apatinių blakstienų ir patraukite žemyn apatinį voką.
- Kitos rankos pirštais pakelkite viršutinį voką.
- Lęšį dėkite tiesiai ant akies (ragenos) ir atsargiai atitraukite pirštą nuo lęšio.
- Žiūrėkite žemyn ir lėtai atleiskite apatinį voką.
- Žiūrėkite tiesiai ir lėtai atleiskite viršutinį voką.
- Atsargiai sumirksėkite.

LĘŠIŲ IŠSIĖMIMO INSTRUKCIJOS

- Kruopščiai nusiplaukite ir nuskalaukite rankas bei jas visiškai nusausinkite švariu rankšluosčiu be plaušelių.
- Kelis kartus užsimerkite.
- Žiūrėdami aukštyn, piršto galiuku lęšį nustumkite žemyn ant baltosios akies dalies.
- Lęšį išimkite jį švelniai suimdami nykščiu ir smiliumi. Akies audinių suimti negalima.
- Jei lęšį sunku sugriebti, nusausinkite pirštus ir pabandykite dar kartą. Drėkinamųjų lašų tokiu atveju naudoti negalima.
- Niekada nenaudokite pincetų, siurbtukų, aštrių daiktų ir nesuimkite kontaktinių lęšių nagais, norėdami juos išimti iš pakuotės ar akies.

Jei kyla su lęšių išėmimu susijusių problemų (lęšiai pasislenka nuo centro ar tampa pažeisti), žr. aukščiau **KĄ DARYTI, JEI KYLA PROBLEMŲ**.

LĘŠIŲ PRIEŽIŪROS TIRPALAI

Delefilkono A vienadieniai vienkartiniai kontaktiniai lęšiai nėra skirti naudoti su lęšių priežiūros sistema. Šie lęšiai yra vienkartiniai ir skirti naudoti tik vieną dieną. Šie lęšiai nėra skirti valyti ar dezinfekuoti, po vieno panaudojimo juos būtina išmesti. Visada turėkite su savimi atsarginių lęšių arba atsarginius akinius.

IŠMETIMAS IR PERDIRBIMAS

Kontaktinius lęšius ir lizdinės plokštelės dangtelį išmeskite su buitinėmis šiukšlėmis, jų negalima mesti į kriauklę ar klozetą. Kartono pakuotę ir lizdinės plokštelės polipropileno (PP) plastikinį dėklą reikia išmesti su buitinėmis šiukšlėmis ar perdirbti pagal vietines atliekų tvarkymo rekomendacijas.

PAKUOTĖS TURINYS (kaip tiekiama)

Kiekvienas garais sterilizuotas lęšis yra supakuotas folija užsandarintoje plastikinėje lizdinėje pakuotėje, kurioje yra fiziologinio tirpalo su fosfato buferiu ir maždaug 0,3% polimerinės drėkinamosios medžiagos, kurią sudaro poliamidoamino ir poli (akrilamido-akrilo rūgšties) kopolimerai. Ant pakuotės nurodyta bazinė kreivė, skersmuo, stiprumas dioptrijomis, ADD stiprumas (jei aktualu), gamintojo serijos numeris, pagaminimo data ir tinkamumo laikas.

Lęšiai yra tiekiami dėžutėse, kuriose yra iki 90 atskirai supakuotų kontaktinių lęšių.

NUORODOS

Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *N Eng J Med*. 1989; 321(12):773-83.

SANTRUMPOS IR SIMBOLIAI, KURIE GALI BŪTI NAUDOJAMI ŽENKLINIME

SANTRUMPA/SIMBOLIS	REIKŠMĖ
BC	Bazinė kreivė
DIA	Skersmuo
PWR	Stiprumas
D	Dioptrija (lęšio stiprumas)
ADD	Papildomas stiprumas
MAX ADD	Maksimalus veiksmingas papildomas stiprumas
LO	Mažas
MED	Vidutinis
HI	Didelis
L	Kairė
R	Dešinė
	Pakuočių atliekų licencijos ženklas
	Nenaudoti kartotinai
	Partijos numeris
	Naudoti iki
EXP	Tinkamumo laikas
	Vienkartinė sterili barjerinė sistema
	Sterilizuota garais
	Europos atitikties ženklas
	Dviejų raidžių kalbos kodas (nurodytas pavyzdys: anglų)
	Dėmesio
	Žiūrėti naudojimo instrukciją
	Nenaudoti, jei lizdinė pakuotė pažeista
	Gamintojas
	Pagaminimo data
	Medicinos priemonė
	Įgaliotasis atstovas ES
	Perspėjimas. Pagal federalinius (JAV) įstatymus šis prietaisas gali būti parduodamas tik licencijuoto akių priežiūros specialisto arba jo paskyrimu

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, JAV

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgija

CE 0123

Paruošimo data: 11/2019

91023967-1119

Alcon

© 2019 Alcon Inc.