NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA – ŠIAME PAKUOTĖS LAPELYJE YRA SVARBIOS SU GAMINIO NAUDOJIMU IR SAUGUMU SUSIJUSIOS INFORMACIJOS. PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI LAPELĮ IR JĮ PASILIKTI ATEIČIAI. KONTAKTINIUS LĘŠIUS VISADA TURI PARINKTI AKIŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS. LABAI SVARBU, KAD VYKDYTUMĖTE SAVO AKIŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTO NURODYMUS IR VISAS PATEIKIAMAS TINKAMO KONTAKTINIŲ LĘŠIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.

GAMINIO IDENTIFIKAVIMAS (pavadinimas)

- Sferiniai lęšiai:
  - FOCUS™ DAILIES™ (nelfilkono A) vienadieniai kontaktiniai lęšiai
  - DAILIES™ AquaComfort™ Plus (nelfilkono A) vienadieniai kontaktiniai lęšiai Asferiniai lęšiai
  - DAILIES™ AquaComfort™ Plus FreshTech™ (nelfilkono A) vienadieniai kontaktiniai lęšiai
- Toriniai lęšiai:
  - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric (nelfilkono A) vienadieniai kontaktiniai lęšiai
- Multifokaliniai lęšiai:
  - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal (nelfilkono A) vienadieniai kontaktiniai lęšiai

GAMINIO APRAŠYMAS

Lęšius sudaro maždaug 69% vandens ir 31% nelfilkono A polimero (iš dalies acetalizuoto polivinilo alkoholio su N-formilmetilo akrilamidu), t. y. nejoninio hidrogelio, kuriame yra labai daug vandens.

- Į lęšius įdėta dažiklio vario [ftalocianinato (2-)], kad lęšis nuo krašto iki krašto būtų šviesiai melsvas (su atspalviu) ir jį būtų lengviau pamatyti įsidėjimo metu.
- Torinių (nelfilkono A) kontaktinių lęšių išspausdintame ženkle yra dažiklio ftalocianino žaliojo.

TECHNINĖS POVEIKIO CHARAKTERISTIKOS

Lęšių savybės

- Refrakcijos indeksas po hidratacijos: 1,38
- Laidumas spektrinei šviesai:
  - FOCUS™ DAILIES™ Nenurodyta
  - DAILIES™ AquaComfort™ Plus ≥ 94%T @ 610 nm, kai stiprumas yra nuo -0,50 D iki -6,00 D; skiriasi priklausomai nuo stiprumo
  - DAILIES™ AquaComfort™ Plus FreshTech™ ≥ 92%T @ 610 nm, kai stiprumas yra nuo -10,00 D iki +6,00 D; skiriasi priklausomai nuo stiprumo
  - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric ≥ 92%T @ 610 nm
  - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal ≥ 92%T @ 610 nm, kai stiprumas yra nuo -10,00 D LO iki +6,00 D HI; skiriasi priklausomai nuo stiprumo
- Laidumas dirbtinei šviesai:
  - FOCUS™ DAILIES™ 95% ± 5%
  - DAILIES™ AquaComfort™ Plus 95% ± 5%
  - DAILIES™ AquaComfort™ Plus FreshTech™ 95% ± 5%
  - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric 97% +3% / -5%
  - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal 97% + 3% / -5%, kai stiprumas yra nuo -10,00 D LO iki +6,00 D HI; skiriasi priklausomai nuo stiprumo
- Laidumas deguoniui (Dk): 26 x 10^{-11} (cm^2/s) (ml O_2 /ml x mm Hg), išmatuota esant 35 °C temperatūrai (*Fatt* metodas, kraštų poveikis koreguotas)
- Vandens kiekis: 69% pagal svorį fiziologiniame tirpale

Galimi lęšių parametrai
FOCUS™ DAILIES™ vienadieniai kontaktiniai lęšiai

- Bazinė kreivė: 8,6 mm
- Skersmuo: 13,8 mm
- Galimas stiprumas: Minusinis: nuo -0,50 D iki -6,00 D (kas 0,25 D)
  nuo -6,50 D iki -10,00 D (kas 0,50 D)
  Pliusinis: nuo +0,50 D iki +6,00 D (kas 0,25 D)
- Centrinės dalies storis: 0,10 mm, kai stiprumas -3,00 D (skiriasi priklausomai nuo stiprumo)

DAILIES™ AquaComfort™ Plus vienadieniai kontaktiniai lęšiai

- Bazinė kreivė: 8,7 mm
- Skersmuo: 14,0 mm
- Stiprumas: Minusinis: nuo -0,50 D iki -6,00 D (kas 0,25 D)
  nuo -6,50 D iki -15,00 D (kas 0,50 D)
  Pliusinis: nuo +0,50 D iki +6,00 D (kas 0,25 D)
  nuo +6,50 D iki +8,00 D (kas 0,50 D)
- Centrinės dalies storis: 0,10 mm, kai stiprumas -3,00 D (skiriasi priklausomai nuo stiprumo)

DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric vienadieniai kontaktiniai lęšiai

- Bazinė kreivė: 8,8 mm
- Skersmuo: 14,4 mm
- Stiprumas: nuo +4,00 D iki +0,25 D (kas 0,25 D)
  Cilindras: -0,75 D, -1,25 D, -1,75 D
  Ašis: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
  Cilindras: -2,25 D
  Ašis: 10°, 20°, 160°, 170°, 180°

  Nuo nulinio iki -6,00 D (kas 0,25 D)
  Cilindras: -0,75 D, -1,25 D, -1,75 D
  Ašis: nuo 10° iki 180° (visas apskritimas, kas 10°)
  Cilindras: -2,25 D
  Ašis: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

  nuo -6,50 D iki -8,00 D (kas 0,50 D)
  Cilindras: -0,75 D, -1,25 D, -1,75 D
  Ašis: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
  Cilindras: -2,25 D
  Ašis: 10°, 20°, 160°, 170°, 180°

  nuo -8,50 D iki -9,00 D (kas 0,50 D)
  Cilindras: -0,75 D, -1,25 D, -1,75 D
  Ašis: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
- Centrinės dalies storis: 0,10 mm, kai stiprumas -3,00 D (skiriasi priklausomai nuo stiprumo)

DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal vienadieniai kontaktiniai lęšiai

- Bazinė kreivė 8,7 mm
- Skersmuo 14,0 mm
- Galimas stiprumas nuo +6,00 D iki -10,00 D (kas 0,25 D)
  ADD: LO, MED, HI
- Centrinės dalies storis 00,10 mm, kai stiprumas -3,00 D (skiriasi priklausomai nuo stiprumo)

POVEIKIS (veikimo mechanizmas)

Hidratuoti ir ant ragenos uždėti (nelfilkono A) vienadieniai kontaktiniai lęšiai su atspalviu veikia kaip refrakcinė terpė ir sutelkia šviesos spindulius į tinklainę.

NUMATYTAS TIKSLAS/NAUDOJIMAS

Nelfilkono A minkštieji kontaktiniai lęšiai su atspalviu yra skirti nešioti ant akių asmenims, kurių akys yra sveikos ir kuriems reikia koreguoti regą (tai nustato ir lęšius parenka akių priežiūros specialistas).

Numatytasis naudojimas pagal lęšių savybes (modelį)

Lęšio savybės (modelis)	Numatytas naudojimas (ant akių)
Sferiniai ir asferiniai	Refrakcinės ametropijos (miopijos ir hiperopijos) optinė korekcija
Toriniai	Refrakcinės ametropijos (miopijos ir hiperopijos) ir astigmatizmo optinė korekcija
Multifokaliniai	Presbiopijos su refrakcine ametropija (miopija ir hiperopija) arba be jos optinė korekcija

TIKSLINĖS PACIENTŲ GRUPĖS

Numatyti pacientai, kurie nešios nelfilkono A minkštuosius kontaktinius lęšius su atspalviu, yra akių ligomis nesergantys asmenys, kuriems reikia koreguoti regą (yra miopija, hiperopija, astigmatizmas ir (arba) presbiopija), kuriems ši priemonė yra tinkamai pritaikoma ir kurie geba suprasti ir vykdyti naudojimo instrukcijas, susijusias su lęšių nešiojimu, priežiūra ir saugumu (arba turi padėti galintį globėją). Kontaktinius lęšius paprastai nešioja suaugusieji ir paaugliai. Vaikai kontaktinius lęšius turi nešioti prižiūrint kvalifikuotam akių priežiūros specialistui ir tėvams.

KLINIKINĖ NAUDA

Nelfilkono A minkštieji kontaktiniai lęšiai su atspalviu yra skirti nešioti ant akių optinei miopijos, hiperopijos, astigmatizmo ir (arba) presbiopijos korekcijai (tai nustato ir lęšius parenka akių priežiūros specialistas).

Kontaktiniai lęšiai su korekciniu stiprumu funkciniu požiūriu yra pranašesni už akinius, nes pagerina periferinę (šoninę) regą ir sumažina vaizdo dydžio skirtumus, atsirandančius, kai lęšių stiprumai akyse skiriasi.

INDIKACIJOS

FOCUS™ DAILIES™, DAILIES™ AquaComfort™ Plus ir DAILIES™ AquaComfort™ Plus FreshTech™ (nelfilkono A) vienadieniai kontaktiniai lęšiai yra skirti kasdieniam nešiojimui refrakcinės ametropijos (miopijos ir hiperopijos) optinei korekcijai pacientams, kurių akyje yra lęšiukas ir kurie neserga kitomis akių ligomis, jei yra astigmatizmas iki maždaug 1,50 dioptrijos (D) ir jis neblogina regėjimo aštrumo.

DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric (nelfilkono A) vienadieniai kontaktiniai lęšiai yra skirti kasdieniam nešiojimui refrakcinės ametropijos (miopijos ir hiperopijos) optinei korekcijai pacientams, kurių akyje yra lęšiukas ir kurie neserga kitomis akių ligomis, jei yra 6,00 dioptrijų (D) ar mažesnis astigmatizmas.

DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal (nelfilkono A) vienadieniai kontaktiniai lęšiai yra skirti kasdieniam nešiojimui presbiopijos su refrakcine ametropija (miopija ir hiperopija) arba be jos optinei korekcijai pacientams, kurių akyje yra lęšiukas ir kurie neserga kitomis akių ligomis, jei skaitant regėjimą reikia sustiprinti +3,00 dioptrijomis (D) ar mažiau bei yra 2,00 dioptrijų (D) ar mažesnis astigmatizmas ir jis neblogina regėjimo aštrumo.

Nelfilkono A vienadieniai kontaktiniai lęšiai yra vienkartiniai ir skirti nešioti tik vieną dieną (ne ilgiau kaip 24 valandas, tuo metu nemiegant). Lęšiai nėra skirti valyti ar dezinfekuoti, po vieno panaudojimo juos būtina išmesti.

KONTRAINDIKACIJOS (būklės, kada lęšių naudoti negalima)

Kontaktinių lęšių nereikėtų nešioti esant tam tikroms sveikatos ar aplinkos būklėms. Toliau išvardytos būklės, kai kontaktinių lęšių nešioti negalima arba yra nesaugu.

- Akyse, aplink akis, vokų srityje ar aplink juos yra alergija, uždegimas, infekcija ar dirginimas.
- Ašarų išsiskiria nepakankamai (yra akies sausumas).
- Yra ragenos hipoestezija (sumažėjęs ragenos jautrumas).
- Vartojama bet kokių vaistų (įskaitant vartojamus į akis), kurių negalima vartoti nešiojant kontaktinius lęšius ar kurie trukdo juos nešioti.
- Yra bet kokia sisteminė liga, kuri dėl kontaktinių lęšių nešiojimo gali paūmėti ar trukdo juos nešioti.
- Atsiranda akių paraudimas ar dirginimas.

Dėl kontaktinių lęšių nešiojimo galimybių esant paminėtoms ar kitoms aplinkybėms pasitarkite su savo akių priežiūros specialistu.

ĮSPĖJIMAI

- Dieniniai kontaktiniai lęšiai neskirti nešioti naktį. Nelfilkono A lęšių negalima būti įsidėjus miegant.
- Greitai gali atsirasti apakimą sukelti galinčių sunkių akių sutrikimų, įskaitant ragenos opas (opinį keratitą).
- Kontaktinių lęšių nešiojimas didina akių infekcijos atsiradimo riziką. Miegojimas įsidėjus lęšius ir (arba) rūkymas dar labiau padidina opinio keratito atsiradimo riziką kontaktinius lęšius nešiojantiems žmonėms (Cutter, 1996; Schein, 1989).
- Pacientas turi žinoti, kad tuo atveju, jei pasireiškia akių diskomfortas, svetimkūnio pojūtis, stiprus ašarojimas, regos pokyčiai, akies paraudimas ar kitokie akių sutrikimai, būtina nedelsiant išsiimti lęšius ir kuo skubiau kreiptis į savo akių priežiūros specialistą.
- Su kontaktiniais lęšiais ar jų priežiūros priemonėmis susijusios problemos gali sukelti sunkių akies pažeidimų. Svarbu, kad kontaktinius lęšius nešiojantys žmonės vykdytų savo akių priežiūros specialisto nurodymus ir visas pateikiamas kontaktinių lęšių ir jų priežiūros produktų tinkamo naudojimo instrukcijas.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Specifinės atsargumo priemonės, skirtos akių priežiūros specialistui

- Parinkdamas tinkamų savybių ir parametrų kontaktinius lęšius, akių priežiūros specialistas turi atsižvelgti į visas lęšių savybes, galinčias turėti įtakos lęšio funkcijai ir akių būklei, įskaitant laidumą deguoniui, centrinį ir periferinį storį bei optinės zonos skersmenį.
- Pritaikymui ir diagnostikai skirti bandomieji lęšiai po vieno panaudojimo turi būti išmesti ir negali būti kartotinai naudojami kitam pacientui.
- Paciento akių būklę ir lęšių funkciją juos skiriantis akių priežiūros specialistas turi atidžiai įvertinti pirmojo lęšių išdavimo metu bei nuolat stebėti vėliau.
- Fluoresceino (geltono dažo) negalima lašinti į akį, kurioje yra įdėtas lęšis. Lęšiai šį dažą absorbuoja ir pakeičia spalvą.
- Pacientai, kurie kontaktinius lęšius nešioja presbiopijai koreguoti, gali nepasiekti geriausio koreguoto regos į tolį ar iš arti aštrumo. Su rega susiję reikalavimai yra individualūs ir į juos būtina atsižvelgti parenkant tinkamiausią lęšių rūšį kiekvienam pacientui.
- Cukriniu diabetu sergančių pacientų ragenos jautrumas gali būti sumažėjęs, todėl, palyginti su cukriniu diabetu nesergančiais žmonėmis, jiems padidėja ragenos pažeidimo rizika ir ji gyja ne taip greitai ar visiškai.
- Nėštumo ar geriamųjų kontraceptikų vartojimo laikotarpiu gali pakisti rega ar lęšių toleravimas. Apie tai būtina tinkamai įspėti pacientes.
- Akių priežiūros specialistai turi nurodyti pacientams nedelsiant išsiimti lęšį, jei akis tampa paraudusi ar sudirgusi.
- Prieš išvykdamas iš akių priežiūros specialisto kabineto pacientas turi mokėti greitai išsiimti lęšius arba šalia jo turi būti kitas asmuo, galintis išimti lęšius.
- Būtina atlikinėti įprastinius akių tyrimus, kad būtų užtikrinta, jog paciento akys išlieka sveikos. Alcon rekomenduoja pacientams pas savo akių priežiūros specialistą lankytis kartą per metus ar dažniau, jei taip nurodo akių priežiūros specialistas.

Atsargumo priemonės, susijusios su lęšių naudojimu ir nešiojimu

- Akis būtina kasdien įvertinti, ar jos atrodo gerai, nėra diskomforto ir ar matomas vaizdas yra aiškus.
- Lęšių negalima naudoti, jei lizdinė pakuotė yra pažeista ar nesandari. Tai gali lemti lęšio užteršimą ir sunkią akių infekciją.
- Jei lizdinė plokštelė netyčia atidaroma prieš numatytą lęšio įsidėjimą, lęšį reikia išmesti, nes tai gali lemti lęšio užteršimą ir sunkią akių infekciją.
- Siekiant palaikyti Jūsų akių sveikatą ir saugumą, būtina laikytis Jūsų akių priežiūros specialisto nustatyto lęšių nešiojimo grafiko.
- Nelfilkono lęšiai nėra skirti valyti ar dezinfekuoti, po vieno panaudojimo juos būtina išmesti. Kartotinis naudojimas gali didinti infekcijos bei nusidėvėjimo sukelto lęšio funkcijos sutrikimo riziką.
- Kontaktinių lęšių negalima duoti kitiems žmonėms, nes tokiu būdu gali būti perduodami mikroorganizmai, galintys sukelti sunkių akių sutrikimų.
- Niekad neleiskite, kad su kontaktiniais lęšiais liestųsi nesterilūs skysčiai (įskaitant vandentiekio vandenį ir seiles), nes gali pasireikšti mikrobinis užteršimas, galintis sukelti neišnykstantį akių pažeidimą.
- Prieš naudodami kontaktinius lęšius sportuojant (įskaitant plaukimą ir kitą su vandeniu susijusią veiklą), pasitarkite su akių priežiūros specialistu. Tokios veiklos kaip plaukimas, čiuožimas vandens slidėmis ar buvimas sūkurinėje vonioje, metu kontaktas su vandeniu (ar kitais nesteriliais skysčiais) įsidėjus kontaktinius lęšius gali didinti akių infekcijos (įskaitant *Acanthamoeba* keratitą, tačiau ne vien jį) pasireiškimo riziką.
- Jei patekote į žalingų ar dirginančių garų aplinką, lęšius išsiimkite ir išmeskite.
- Jei kontaktiniai lęšiai išsausėjo ar tapo pažeisti, juos išmeskite. Naudokite naujus lęšius.
- Kontaktinius lęšius nešiojantiems žmonėms rekomenduojama mažiausiai kartą per metus (arba kaip nurodyta) lankytis pas akių priežiūros specialistą.
- Savo darbdaviui pasakykite, kad nešiojate kontaktinius lęšius, ypač jei darbas yra susijęs su akis apsaugančios įrangos naudojimu.
- Pasižymėkite tinkamą kiekvienai akiai skirtų lęšių stiprumą. Prieš įsidėdami lęšius patikrinkite, ar jų stiprumas, nurodytas ant kiekvienos pakuotės folijos, yra tinkamas konkrečiai akiai.
- Nekeiskite lęšių tipo ar parametrų nepasitarę su akių priežiūros specialistu.
- Jei lęšių ilgai nenešiojote, prieš jų nešiojimo atnaujinimą pasitarkite su akių priežiūros specialistu.
- Atsargiai naudokite muilą, losjonus, kremus, kosmetiką ar dezodorantus, nes jų kontakto su lęšiais atveju gali pasireikšti akių dirginimas.
- Kontaktinius lęšius įsidėkite prieš naudodami veido kosmetiką ir išsiimkite prieš makiažo nuvalymą.
- Visada turėkite su savimi atsarginių lęšių arba atsarginius akinius.
- Pasibaigus tinkamumo laikui, lęšių nešioti negalima.

NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS (galimos problemos ir kaip elgtis jų atveju)

Nešiojant kontaktinius lęšius gali atsirasti problemų, kurios iš pradžių gali pasireikšti vienu ar daugiau toliau išvardytų požymių ir simptomų.

- Svetimkūnio pojūtis akyje
- Nepatogumo pojūtis nešiojant lęšius
- Akies paraudimas
- Jautrumas šviesai (fotofobija)
- Akių deginimas, gėlimas, niežulys ar ašarojimas
- Sumažėjęs regėjimo aštrumas
- Aplink šviesos šaltinį matoma vaivorykštė ar ratilai
- Padidėjęs akių išskyrų kiekis
- Nemalonus pojūtis ar skausmas
- Sunkus ar nuolatinis akių sausumas

Jei į šiuos simptomus nekreipiama dėmesio, gali atsirasti sunkesnių komplikacijų.

KĄ DARYTI, JEI KYLA PROBLEMŲ

Jei atsiranda bet kuris iš paminėtų požymių ar simptomų, nedelsdami išsiimkite lęšį (-ius).

- Apžiūrėkite pažeistą (-as) akį (-is) veidrodyje, ar nėra neįprastų požymių.
    - Jei diskomfortas ar problema išnyksta, įsidėkite naujus, švarius lęšius.
    - Jei diskomfortas ar problema neišnyksta ar įsidėjus naują (-us) lęšį (-ius) atsinaujina, išsiimkite lęšį (-ius), ir nedelsdami kreipkitės į savo akių priežiūros specialistą.

Gali būti pasireiškusi sunki būklė, pvz., infekcija, ragenos išopėjimas (opinis keratitas) ar iritas. Šios būklės gali greitai progresuoti ir sukelti negrįžtamą apakimą. Jei atsiranda lengvesnių reakcijų, tokių kaip įbrėžimai, epitelio dėmės ar bakterinis konjunktyvitas, jas reikia nedelsiant kontroliuoti ir gydyti, siekiant išvengti komplikacijų.

- Kartais atsirandantį sausumą galima palengvinti kelis kartus sumirksint arba naudojant kontaktinius lęšius drėkinančius lašus, patvirtintus naudoti su minkštaisiais kontaktiniais lęšiais. Jei sausumas išlieka, kreipkitės į savo akių priežiūros specialistą.
- Jei lęšiai prilimpa (nebejuda), įlašinkite kelis lašus kontaktinius lęšius drėkinančio tirpalo ir prieš išsiimdami palaukite, kol lęšiai pradės laisvai judėti akyje. Jei problema išlieka, kreipkitės į savo akių priežiūros specialistą.
- Jei lęšis pasislenka nuo akies centro, jį galima grąžinti į centrą:
    - užsimerkiant ir lęšį stumiant į vietą švelniais judesiais masažuojant vokus;
    - žiūrint lęšių kryptimi ir atsargiai mirksint;
    - švelniai stumiant nuo centro pasislinkusį lęšį ant ragenos, nestipriai pirštu spaudžiant apatinio ar viršutinio voko kraštą.
- Jei akyje esantis lęšis suplyšta, jo dalis rūpestingai išimkite jas suimdami taip, kaip ir įprastai išimdami lęšį. Jei lęšio dalys lengvai neišsiima, akies audinių suimti negalima. Praplaukite steriliu fiziologiniu tirpalu ir vėl bandykite išimti lęšio dalis. Jei tai nepadeda, kreipkitės pagalbos į savo akių priežiūros specialistą.

Bendroji informacija skubiems atvejams

Jei ant akių patenka bet kokių chemikalų (buitinės chemijos produktų, sodui skirtų tirpalų, laboratorinių chemikalų ir kt.):

- akis reikia nedelsiant praplauti fiziologiniu tirpalu arba vandentiekio vandeniu;
- būtina išimti ir išmesti kontaktinius lęšius bei nedelsiant kreiptis į savo akių priežiūros specialistą arba ligoninės skubios pagalbos skyrių.

PRANEŠIMAS APIE SUNKIUS INCIDENTUS

Apie bet kokį sunkų su šių medicinos priemonių naudojimu susijusį incidentą reikia pranešti Alcon Laboratories Inc.:

ES - kreipkitės į vietinę šalies atstovybę ar Alcon platintoją

El. paštas: qa.complaints@alcon.com

Tinklalapis: https://www.alcon.com/about-us/contact-us

Be to, apie sunkius incidentus būtina pranešti valstybės narės kompetentingai institucijai, atsakingai už medicinos priemones.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Kiekvieną dieną būtina ryte įsidėti naują lęšių porą ir dienos pabaigoje juos išmesti.

LĘŠIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Prieš ką nors darydami su kontaktiniais lęšiais, visada gerai nusiplaukite ir nuskalaukite rankas bei jas visiškai nusausinkite švariu rankšluosčiu be plaušelių.
- Prieš atidarydami lizdinę pakuotę, švelniai ją pakratykite.
- Iš lizdinės pakuotės lęšį išimkite jį atsargiai išversdami ant delno.
- Patikrinkite, ar lęšis yra taisyklingai įgaubtas ir ar kiekvienai akiai turite tinkamą lęšį.
- Prieš įsidėdami lęšius juos apžiūrėkite.
- Pažeistų ar nešvarių lęšių įsidėti negalima.

LĘŠIŲ ĮSIDĖJIMO INSTRUKCIJOS

- Prieš lęšių įsidėjimą gerai nusiplaukite ir nuskalaukite rankas bei jas visiškai nusausinkite švariu rankšluosčiu be plaušelių.
- Lęšį uždėkite ant švaraus ir sauso dešinės ar kairės rankos smiliaus galiuko. Tos pačios rankos didįjį pirštą pridėkite šalia apatinių blakstienų ir patraukite žemyn apatinį voką.
- Kitos rankos pirštais pakelkite viršutinį voką.
- Lęšį dėkite tiesiai ant akies (ragenos) ir atsargiai atitraukite pirštą nuo lęšio.
- Žiūrėkite žemyn ir lėtai atleiskite apatinį voką.
- Žiūrėkite tiesiai ir lėtai atleiskite viršutinį voką.
- Atsargiai sumirksėkite.

LĘŠIŲ IŠSIĖMIMO INSTRUKCIJOS

- Kruopščiai nusiplaukite ir nuskalaukite rankas bei jas visiškai nusausinkite švariu rankšluosčiu be plaušelių.
- Kelis kartus užsimerkite.
- Žiūrėdami aukštyn, piršto galiuku lęšį nustumkite žemyn ant baltosios akies dalies.
- Lęšį išimkite jį švelniai suimdami nykščiu ir smiliumi. Akies audinių suimti negalima.
- Jei lęšį sunku išimti, įlašinkite sutepančių ir drėkinančių lašų bei po kelių minučių bandykite dar kartą.
- Niekada nenaudokite pincetų, siurbtukų, aštrių daiktų ir nesuimkite kontaktinių lęšių nagais, norėdami juos išimti iš pakuotės ar akies.

LĘŠIŲ PRIEŽIŪROS TIRPALAI

Nelfilkono A vienadieniai vienkartiniai kontaktiniai lęšiai nėra skirti naudoti su lęšių priežiūros sistema. Šie lęšiai yra vienkartiniai ir skirti naudoti tik vieną dieną. Šie lęšiai nėra skirti valyti ar dezinfekuoti, po vieno panaudojimo juos būtina išmesti. Visada turėkite su savimi atsarginių lęšių arba atsarginius akinius.

Jei kyla su lęšių išėmimu susijusių problemų (lęšiai pasislenka nuo centro ar tampa pažeisti), žr. aukščiau **KĄ DARYTI, JEI KYLA PROBLEMŲ**.

IŠMETIMAS IR PERDIRBIMAS

Kontaktinius lęšius ir lizdinės plokštelės dangtelį išmeskite su buitinėmis šiukšlėmis, jų negalima mesti į kriauklę ar klozetą. Kartono pakuotę ir lizdinės plokštelės polipropileno (PP) plastikinį dėklą reikia išmesti su buitinėmis šiukšlėmis ar perdirbti pagal vietines atliekų tvarkymo rekomendacijas.

PAKUOTĖS TURINYS (kaip tiekiama)

Kiekvienas lęšis yra tiekiamas atskiroje folija užsandarintoje lizdinėje pakuotėje, kurioje yra izotoninio fiziologinio tirpalo su fosfato-acetato buferiu ir kuri yra sterilizuota garais. FOCUS™ DAILIES™ laikymui skirtame pakuotės fiziologiniame tirpale gali būti iki 0,02% poloksamero. DAILIES™ AquaComfort™ Plus, DAILIES™ AquaComfort™ Plus FreshTech™, DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric ir DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal laikymui skirtame pakuotės fiziologiniame tirpale yra polietileno glikolio (PEG) ir hidroksipropilmetilceliuliozės (HPMC) bei gali būti iki 0,05% poloksamero.

Ant lizdinės plokštelės pakuotės nurodyti lęšių parametrai, įskaitant bazinę kreivę, skersmenį, stiprumą dioptrijomis, cilindro stiprumą ir ašį (jei aktualu), ADD stiprumą (jei aktualu), pagaminimo partijos numerį, pagaminimo datą ir tinkamumo laiką. Be to, pakuotės etiketėje gali būti gaminio kodas: DD02 FOCUS™ DAILIES™, DD03 DAILIES™ AquaComfort™ Plus, DD03T DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric arba DD03MF DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal.

Nelfilkono A lęšiai tiekiami sterilūs juostelėmis po 5 folija užsandarintas lizdines pakuotes, dėžutėje yra iki 100 atskirai supakuotų kontaktinių lęšių.

NUORODOS

Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal.* Jan 1996; 22 (1): 30-37.

Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *The New England Journal of Medicine.* 1989; 321 (12): 773-783.

SANTRUMPOS IR SIMBOLIAI, KURIE GALI BŪTI NAUDOJAMI ŽENKLINIME

SANTRUMPA/SIMBOLIS	REIKŠMĖ
BC	Bazinė kreivė
DIA	Skersmuo
PWR	Stiprumas
D	Dioptrija (lęšio stiprumas)
L	Kairė
R	Dešinė
ADD	Papildomas stiprumas
MAX ADD	Maksimalus veiksmingas papildomas stiprumas
CYL AXIS	Cilindro stiprumas ir ašis
LO	Mažas
MED	Vidutinis
HI	Didelis
	Pakuočių atliekų licencijos ženklas
	Nenaudoti kartotinai
LOT	Partijos numeris
	Naudoti iki
EXP	Tinkamumo laikas
	Vienkartinė sterili barjerinė sistema
STERILE	Sterilizuota garais
CE	Europos atitikties ženklas
en	Dviejų raidžių kalbos kodas (nurodytas pavyzdys: anglų)
	Dėmesio
	Žiūrėti naudojimo instrukciją
	Nenaudoti, jei lizdinė pakuotė pažeista
	Gamintojas
	Pagaminimo data
MD	Medicinos priemonė
EC REP	Įgaliotasis atstovas ES
Rx only	Perspėjimas. Pagal federalinius (JAV) įstatymus šis prietaisas gali būti parduodamas tik licencijuoto akių priežiūros specialisto arba jo paskyrimu

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, JAV

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3, 2870 Puurs-Sint-Amands
Belgija

CE 0123

Paruošimo data: 01/2020

91024109-0120

Alcon

© 2020 Alcon Inc.

91024109-0120